

JCSS

登 録 証

山陽機器検定株式会社 殿

計量法第 143 条第 1 項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 2 0 1

事業所の名称 山陽機器検定株式会社
水島工場

所 在 地 岡山県倉敷市潮通二丁目 1 番地

登録に係る区分 流量・流速（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 平成 31 年 10 月 23 日

平成 27 年 9 月 25 日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬





(別紙)

登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：液体流量計 [平成 27 年 10 月 24 日]

恒久的施設で行う校正 / 現地校正の別：恒久的施設で行う校正

| 校正手法の 区分の呼称 | 種類 | | 校正範囲 | 最高測定能力 (信頼の水準 約 95 %) |
|----------------|--|------|---|-----------------------------|
| 液体流量計 | 石油用流量計 (灯油・軽油) 石油用流量計校正装置 (灯油 ・軽油) | 流量計 | 2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満 | 0.14 % |
| | | | 20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下 | 0.14 % |
| | | | 810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 | 0.14 % |
| | | 校正装置 | 2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下 | 0.09 % |
| | 石油用流量計 (ガソリン) 石油用流量計校正装置 (ガソ リン) | 流量計 | 2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満 | 0.16 % |
| | | | 20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下 | 0.15 % |
| | | | 810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 | 0.15 % |
| | | 校正装置 | 2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下 | 0.12 % |
| | 石油用流量計 (重油) | 流量計 | 20 m ³ /h 以上 300 m ³ /h 以下 | 0.16 % |
| | | | 300 m ³ /h 超 750 m ³ /h 以下 | 0.16 % |