

JCSS

登 録 証

山陽機器検定株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 2 0 1

事業所の名称 山陽機器検定株式会社
水島工場

所 在 地 岡山県倉敷市潮通二丁目1番地

登録に係る区分 流量・流速（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 平成31年（2019年）10月23日

平成30年11月22日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬





登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回認定年月日又は初回登録年月日：平成 19 年 10 月 24 日

校正手法の区分の呼称 [登録更新年月日]：液体流量計 [平成 27 年 10 月 24 日]、* [平成 30 年 11 月 22 日]

恒久的施設で行う校正/現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類		校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)
液体流量計	石油用流量計 (灯油・軽油) 石油用流量計校正装置 (灯油・軽油)	流量計	2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満	0.14 %
			20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下	0.14 %
			810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下	0.14 %
		校正装置	2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.09 %
			70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 *	0.11 %
		石油用流量計 (ガソリン) 石油用流量計校正装置 (ガソリン)	流量計	2 m ³ /h 以上 20 m ³ /h 未満
	20 m ³ /h 以上 810 m ³ /h 以下			0.15 %
	810 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下			0.15 %
	校正装置		2 m ³ /h 以上 70 m ³ /h 以下	0.12 %
			70 m ³ /h 超 1000 m ³ /h 以下 *	0.14 %
	石油用流量計 (重油)		流量計	20 m ³ /h 以上 300 m ³ /h 以下
		300 m ³ /h 超 750 m ³ /h 以下		0.16 %
		750 m ³ /h 超 920 m ³ /h 以下 *		0.15 %
		校正装置	20 m ³ /h 超 920 m ³ /h 以下 *	0.13 %