

# JCSS

## 登 録 証

山陽機器検定株式会社 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0 2 0 1

事業所の名称 山陽機器検定株式会社  
水島工場

所 在 地 岡山県倉敷市潮通二丁目1番地

登録に係る区分 流量・流速（詳細は別紙のとおり）

登録の有効期限 2023年10月9日

2019年10月10日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬



登録に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2007年10月24日

校正手法の区分の呼称[登録更新年月日]：液体流量計[2019年10月10日]、

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類		校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約95%)
液体流量計	石油用流量計（灯油・軽油） 石油用流量計校正装置（灯油・軽油）	流量計	2 m <sup>3</sup> /h 以上 20 m <sup>3</sup> /h 未満	0.14 %
			灯油に限り 20 m <sup>3</sup> /h 以上 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.15 %
			軽油に限り 20 m <sup>3</sup> /h 超 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.14 %
		校正装置	2 m <sup>3</sup> /h 以上 70 m <sup>3</sup> /h 以下	0.09 %
			70 m <sup>3</sup> /h 超 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.11 %
			石油用流量計（ガソリン） 石油用流量計校正装置（ガソリン）	流量計
	20 m <sup>3</sup> /h 以上 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.15 %		
	校正装置	2 m <sup>3</sup> /h 以上 70 m <sup>3</sup> /h 以下	0.11 %	
		70 m <sup>3</sup> /h 超 1000 m <sup>3</sup> /h 以下	0.14 %	
	石油用流量計（重油） 石油用流量計校正装置（重油）	流量計	20 m <sup>3</sup> /h 以上 920 m <sup>3</sup> /h 以下	0.15 %
校正装置		20 m <sup>3</sup> /h 超 920 m <sup>3</sup> /h 以下	0.13 %	